

検体検査システム整備に係る仕様書

この仕様書は、那須南病院（以下「病院」という。）が検体検査システムを購入・設置するために必要な事項について示すものである。

1 購入物品名

検体検査システム

2 納入場所

栃木県那須烏山市中央3丁目2番13号
南那須地区広域行政事務組合立那須南病院

3 納入期限

令和2年3月19日まで

4 購入物品の条件等

- (1) 別紙「機器構成表」のとおりとする。
- (2) 現場の状況等により、主要な機器の構成に含まれていない軽微な機器等がある場合は、正常稼働を図ることを前提に対応すること。

5 特記事項

- (1) 納入物品の搬入及び設置（機器構築、配線、調整、データ設定）に係る費用は全て納入業者の負担とする。
- (2) システムが正常稼働を図る上で必要なアプリケーション、初期稼働に必要な消耗品等は全て含むものとする。
- (3) 現在の検査システムに接続している機器をすべて新しい検査システムへ接続し、正常稼働するよう確認を行うこと。
- (4) 保証期間はメーカーの定める期間とする。
- (5) 取扱説明書又は簡易取扱説明書を、1部以上の提供を行うこと。
- (6) 現場担当者へシステムの操作説明を行うこと。
- (7) 契約締結後、作業に係る工程表を提出すること。

6 入替作業等における注意事項

(1) 入替方法及び留意点

- ① 作業を行う際、業務に影響を及ぼす場合または及ぼす恐れがある場合は事前に現場の病院職員の指示に従うこと。
- ② 搬入・搬出に伴う、車両の駐車場所、搬入・搬出場所及び経路等については病院と打合せを行い、病院の指示に従うこと。

- ③ 切替えにおける装置の使用出来ない時間は、病院と打合せの上、集中的に実施すること。
- ④ 作業において、病院施設に重大な損失等与えた場合は、病院と協議の上、至急原状回復を行うこと。
- ⑤ 病院内作業において知り得た個人情報などを病院の院内外問わず口外してはならない。その職を解かれた場合も同様とする。

(2) 服装

納入業者の作業員は社名入りの制服を着用し、身だしなみに注意すること。

7 保証

調達物品の保証期間中に発生した故障で、落札者の業務上の不備によると認められる故障及び発注者の過失によらない故障は、速やかに無償で修復すること。

なお、落札者の業務上の不備と認められる故障は、当該保証期間終了後も無償で修復を行うこと。

8 その他

- (1) この仕様書に定めのない事項については、その都度、病院と落札者とが協議して取り決めるものとする。
- (2) 見積書等の作成及び提出等に関する経費は、落札者の負担とする。
- (3) 見積書の提出にあたって知り得た内容については、守秘義務を課す。
- (4) 提出された書類は返却しない。

【別紙】

機器構成表

| 検体検査システム 一式 | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| 構成 | 規格・型式等 | 数量 |
| サーバー本体 | HP ML30 Gen10 | 1 式 |
| タワー型サーバー | ML30G10 E-2124 1P4C 16G 4LFF S100i GS | (2) |
| ML30 Gen10 オプティカル ドライブケージ | | (2) |
| 9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ (Gen9) | | (2) |
| Smart アレイ E208i-p コントローラー | e208i-p sr gen10 | (2) |
| 内蔵型ハードディスク | 2TB 7.2k LP 3.5 12G SAS HDD | (6) |
| タワー型サーバー | HPE ProLiant ML30 Gen10 5年保障 | (2) |
| ソフトウェア | MS WS16 (16-Core) Std ROK ja | (2) |
| 17 インチモニター | TFT P17A | (2) |
| ライセンス | windows server 2019 5 device CAL | 2 個 |
| ライセンス | windows server 2019 1 device CAL | 1 個 |
| UPS | HP T750 G5 UPS | 2 個 |
| UPS ネットワークマネージメントモジュール | HP | 2 個 |
| データベース管理システム ライセンス | SQLServerStandardEdition 2017 Japanese OLP | 2 個 |
| サーバー ライセンス | SQLCAL 2017 Japanese OLP NoLevel DvcCAL | 1 1 個 |
| デスクトップパソコン | HP ProDesk 400 G4 DM/CT/SQ | 3 台 |
| ポータブル DVD ドライブ | サンワサプライ USB3.1 Gen1 Type-C 対応 | 1 個 |
| ノートパソコン | HP ProBook 450 G5/CT/SQ | 3 台 |
| プリンター | リコー SP6430 | 2 台 |
| 500 枚増設トレイ | リコー 6400 | 2 個 |
| ラベルプリンター | サトー L'esprit T408v-ex(USB、RS232C) | 2 台 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----|
| シリアルデバイスサーバ | IBS Japan NPort 5110/JP 1ポート RS-232C | 7個 |
| 24ポート L2 スイッチングハブ (Giga 対応) | パナソニック Switch-M24eG | 1個 |
| 8ポート L2 スイッチングハブ (Giga 対応) | パナソニック Switch-S8G タップ型 | 8個 |
| ネットワーク接続ハードディスク (NAS) | I-O DATA デュアルコア CPU 搭載 1TB | 1個 |
| バーコード定置スキャナ | Honeywell MS3580-UK | 4個 |
| バーコードペンリーダー (USB) | アイメックス BR-530UK | 2個 |
| 臨床検査システム | BMLABOSTATION | 1式 |
| データ移行・導入・設置作業 | | |

※指定の物が販売中止及び購入不可になった場合、後継モデル又は同等品を用意すること。