

自動遺伝子検査装置購入に係る仕様書

この仕様書は、那須南病院（以下「病院」という。）が自動遺伝子検査装置を購入・設置するために必要な事項について示すものである。

1 物 品 名

自動遺伝子検査装置

2 納入場所

栃木県那須烏山市中央3丁目2番13号
南那須地区広域行政事務組合立那須南病院

3 納入期限

令和3年1月29日（金）までとする。

4 購入物品の条件等

（1）購入機器の構成は、下記のとおりとする。

自動遺伝子検査装置【東ソー(株)製】 一式		
構 成	規格・型式等	数量
自動遺伝子検査装置本体	TRCReady-80	1 台
TRCReady-80 用コントローラー		1 台
TRCReady-80 用タッチパネルディスプレイ		1 台
TRCReady-80 用プリンター		1 台

（2）現場の状況等により、主要な機器の構成に含まれていない軽微な機器等がある場合は、正常稼働を図ることを前提に対応すること。

（3）設置等が必要な機器の設置費用（機器構築、配線、調整、データ設定等）、納入に係る費用等は、全て納入業者の負担とする。

5 設置作業等における注意事項

（1）作業方法及び留意点

- ① 作業を行う際、業務に影響を及ぼす場合、または及ぼす恐れがある場合は、事前に現場の病院職員の指示に従うこと。（音、振動、臭い、粉塵など。）
- ② 搬入・搬出に伴う、車両の駐車場所、搬入・搬出場所及び経路等については病院と打合せを行い、病院の指示に従うこと。
- ③ 機器の設置作業については、日時等を病院と打合せのうえで集中的に実施すること。

- ④ 作業において、病院施設に重大な損失等を与えた場合は、病院と協議のうえ至急原状回復を行うこと。
- ⑤ 患者（家族含む。）と不要な会話は厳に慎み、挙動不審な行為は厳禁とする。
- ⑥ 作業終了後は、使用方法について現場の職員によく説明すること。
- ⑦ 病院内作業において知り得た個人情報などを病院の院外院内問わず口外してはならない。その職を解かれた場合も同様とする。

（２）服装

納入業者の作業員はネームプレートを身につけるか、社名入りの制服を着用し、身だしなみに注意すること。

6 保証

調達物品の保証期間中に発生した故障で、落札者の業務上の不備によると認められる故障及び発注者の過失によらない故障は、速やかに無償で修復すること。

なお、落札者の業務上の不備と認められる故障は、当該保証期間終了後も無償で修復を行うこと。

7 その他

- （１）この仕様書に定めのない事項については、その都度、病院と落札者とが協議して取り決めるものとする。
- （２）入札書等の作成及び提出等に関する経費は、落札者の負担とする。
- （３）入札書の提出にあたって知り得た内容については、守秘義務を課す。
- （４）提出された書類は返却しない。