

腹腔鏡装置購入仕様書

この仕様書は、那須南病院（以下「病院」という。）が腹腔鏡装置を購入・設置するために必要な事項を示すものである。

1 物品名

腹腔鏡装置

2 納入場所

栃木県那須烏山市中央3丁目2番13号
南那須地区広域行政事務組合立那須南病院

3 納入期限

令和8年1月30日まで

4 購入内容

(1) 購入機器の構成は、下記のとおりとする。

品 名	メーカー名	規格・型式等	数量
腹腔鏡装置	オリンパス	別紙、機器構成明細のとおり	一式

- (2) 現場の状況により、主要な機器の構成に含まれてない軽微な器具等がある場合は、正常稼働を図ることを前提に対応すること。
- (3) 納入場所への設置、設置後の機器の調整（動作確認含む。）も費用に含むこと。
- (4) 設置にあたっては、既存機器を病院が指定する場所に撤去移動させてから、購入機器を設置すること。
- (5) 取扱説明書は、日本語版で提供すること。
- (6) 納入物品について、操作に必要な取扱説明、教育訓練及び支援を行うこと。
- (7) 設置等が必要な機器の設置費用、納入に係る費用等は、仕様書に定めがある場合を除き、納入業者の負担とする。
- (8) 納入した機器の梱包材は、納入業者の責任において搬出・処分すること。

5 入替作業等における注意事項

(1) 入替方法及び留意点

- ① 作業を行う際、業務に影響を及ぼす場合または及ぼす恐れがある場合は、事前に現場の病院職員の指示に従うこと。（音、振動、臭い、粉塵など。）
- ② 搬入・搬出に伴う、車両の駐車場所、搬入・搬出場所及び経路等については病院と打合せを行い、病院の指示に従うこと。
- ③ 入替えにおける装置の使用出来ない時間は、病院と打合せのうえ極力病院休診日に集中的に実施すること。
- ④ 作業において、病院施設に重大な損失等を与えた場合は、病院と協議のうえ至急原状回復を行うこと。

- ⑤ 患者（家族含む。）と不要な会話は厳に慎み、また、挙動不審な行為は厳禁とする。
- ⑥ 作業終了後は、使用方法について現場の職員によく説明すること。
- ⑦ 病院は敷地内禁煙であるため、業務従事者もこれに従うこと。（車両内も含む。）
- ⑧ 病院内作業において知り得た個人情報などを病院の院外院内問わず口外してはならない。
その職を解かれた場合も同様とする。

(2) 服装

納入業者の作業員はネームプレートを身につけるか、社名入りの制服を着用し、身だしなみに注意すること。

6 保証

納入物品の保証期間中に発生した故障で、納入業者の業務上の不備によると認められる故障及び発注者の過失によらない故障は、速やかに無償で修復すること。

なお、納入業者の業務上の不備と認められる故障は、当該保証期間終了後も無償で修復を行うこと。

7 その他

- (1) この仕様書に定めのない事項については、その都度、病院と納入業者とが協議して取り決めるものとする。
- (2) 見積書等の作成及び提出等に関する経費は、納入業者の負担とする。

【機器構成明細】

品 名	規格・型式等	数量
腹腔鏡装置【メーカー：オリンパス】		一式
(詳細)		
V I S E R A E L I T E Ⅲ ビデオシステムセンター	OTV-S700	1 台
V I S E R A E L I T E Ⅲ 高輝度光源装置	CLL-S700	1 台
L C Dモニター	LMD-XH320ST	2 台
E N D O E Y E F L E X 先端湾曲ビデオスコープ	LTF-S190-10	1 台
除菌トレイ (L T F 用)	MAJ-172	1 個
簡易漏水テスター	WA23080A	1 個
高速気腹装置	UHI- 4	1 台
排煙用フットスイッチ	MAJ-1939	1 個
4 Kメディカルビデオレコーダー	UR-NEXT4KS	1 台
B N Cケーブル 3 M 黒	D5. 5UHDC03E	1 個
モバイルワークステーション	WM-NP3 セット 2	1 台
L C Dアーム 6.5-12 kg	MAJ-2216	1 台
C O ₂ ボンベホルダー	MAJ-1639	1 台
把持鉗子ユニットφ 5 mm (開窓型、左手用)	WA69322M	1 個
剥離鉗子ユニットφ 5 mm (メリーランド型、フィンガータイプ)	WA69354M	1 個
シースφ 5 mm	WA69300M	2 個
高周波ハンドル (ラチェット無し、サイズM)	WA69001M	2 個
ディスプレイスタンド R F A-15	F-069-049-00	1 台
12 G-S D I ケーブル 8.5 M	MAJ-2429	1 個